

# TAŚMY WSKAŹNIKOWE DO STERYLIZACJI KL.1

# AT

## Para Wodna i Tlenek Etylenu

Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji firmy PMS Medikal doskonale nadają się do pakownia oraz potwierdzenia odbycia procesu sterylizacji w parze wodnej lub tlenku etylenu.



### Cechy produktu :

- zgodność z normą ISO 11140-1 klasa 1
- długość: 50mb
- brak zawartości ołowiu oraz lateksu

### Przechowywać:

- w suchym, ciemnym oraz chłodnym miejscu

Numer katalogowy	ATS1950	ATS2550	ATE1950
Szerokość	19mm	25mm	19mm
Rodzaj sterylizacji	parą wodną		tlenkiem etylenu
Zmiana barwy wskaźnika	z różowej na brązową		z jasnożółtej na pomarańczową

### TAŚMY WSKAŹNIKOWE

SYMBOL	AT
Długość	50 mb

**semigat** sa  
rok założenia 1987

### KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa, Polska  
Tel./faks: 22/ 619-86-13  
e-mail: semigat@semigat.pl  
www.semigat.pl